

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

Processo: 200/12833/2017**Data: 09/03/2018****RUBRICA:**

Departamento: SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

PROCESSO DE COMPRAS Nº

040640 Página 1

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II

Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento : 4692**Data Limite** : 04/02/2018**Hora Limite** : 14:00**Proc. compras** : 40640**Data** : 01/02/2018**Resumo** : AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE GASOMETRIA ARTERIAL E DOSAGENS DE ELETRÓLITOS POR METODOLOGIA DE ÍONS SELETIVOS

Dados do Fornecedor

Nome :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega :**Validade do orçamento** :**DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES**

| SOLICITAÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------------|--------|--------------------------------|
| 46952 | 50 | SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| ITEM | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO | MARCA | VALIDAD. MIN. | VLR UNIT. | VLR TOT. |
|--------|-------|---------------------|--|-------|---------------|-----------|----------|
| 104657 | 16000 | TESTE 1 UNIDADES | ANALISADOR DE PH, GASES SANGUÍNEOS E ELETRÓLITOS RESUMO: ANALISADOR DE PH, GASES SANGUÍNEOS E ELETRÓLITOS, COM MEDIÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS : PO2, PCO2, PH, NA , K , CA , CI-, HEMOGLOBINA TOTAL, SATURAÇÃO DE O2 E HEMATÓCRITO, COM OS DEMAIS PARÂMETROS QUE ACOMPANHAMOS EXAMES DE GASOMETRIA CALCULADOS E IMPRESSOS. VOLUME DE NO MÁXIMO 70 UL, DESEMPENHO DE NO MÍNIMO 30 AMOSTRA/HORA, ASPIRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRA EM SERINGA CAPILAR OU MICROSAMPLER, SISTEMA ASPIRAÇÃO PROTEGIDO QUANTO A ENTRADA DE COÁGULOS, CALIBRAÇÃO LÍQUIDA DO SISTEMA, ELIMINANDO A UTILIZAÇÃO DE CILINDRO DE GASES, LEITORA PARA CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, PRESSÃO BAROMÉTRICA MEDIDA, IMPRESSORA INTERNA AUTOMÁTICA COM CORTE DE PAPEL , PROTOCOLO DE IMPRESSÃO DE RESULTADOS CONFIGURADOS PELO USUÁRIO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DO PACIENTE E CONTROLE DE QUALIDADE COM DADOS ESTATÍSTICOS, IMPRESSÃO DO GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS E SISTEMA DE SENSORES LIVRES DE MANUTENÇÃO. | | | 36,23 | 579680 |
| 104658 | 80000 | TESTE 1 UNIDADES | ANALISADOR DE ELETRÓLITOS RESUMO: COM ELETRODOS INTERCABIÁVEIS, PARA ANÁLISE DE Na, k, Cl, Ca, Li, TOTALMENTE AUTOMATIZADO | | | 6,83 | 546400 |

TOTAL GERAL**1.126.080,00**